

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 1. 谈判项目编号：[YGCG2025096](#)
- 2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发中心有机玻璃离子交换柱成套设备
- 3. 业务管理部门：物资采购部

二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	机玻璃离子交换柱 成套设备	投标方填写	台	1	

设备参数如下：

- 1. 有机玻璃离子交换柱 4 个：内径 100mm 壁厚 8mm 高度 1000mm 。配套硅胶垫 2 套，配套螺丝一套，316 不锈钢材质，氟碳漆表面处理。
- 2. 不锈钢支架：316 不锈钢材质，氟碳漆表面处理，尺寸需定制与吸附柱配套使用。
- 3. 配套 UPVC 管路：DN20UPVC 化工级管路，并串联可以相互切换，可对单柱进行反洗再生。（正常运行时，4 柱串联，上进下出，也可单柱运行，上进下出。反洗时，能够对单柱进行单柱进行反洗；反洗时，下进上出。用酸碱进行再生时，能够对单柱进行再生，再生时，下进上出。）

4. 配置清单：

序号	名称	规格	单位	数量
1	有机玻璃离子交换柱	外径 100mm 壁厚 8mm 高度 1000mm，法兰 15mm，半球 10mm，水帽板 8mm	个	4
2	不锈钢支架 1	长宽高：1600*400*1000mm, 38*38mm 不锈钢加工，底部平铺 PP 面板，加 4 个万向轮	个	1
3	进水泵（反吸泵）	磁力泵 流量 10-200L/H，扬程 10 米	个	2
4	止逆阀	DN15mm UPVC 止逆阀	台	2
5	流量计	DN15mm 耐酸碱流量计 400-4000L/H	个	2
6	流量调节阀	DN15mm UPVC 隔膜阀 精准调节流量	个	2
7	原水箱	100L PE 水箱	个	1
8	洗脱液箱	100L PE 水箱	个	1
9	不锈钢底拖 2	放置原水箱和洗脱液箱，长 1200mm 宽 600mm 高度 138mm，38*38mm 不锈钢管加工	个	1
10	随机备件	配套硅胶垫	个	20
		配套螺丝（316 不锈钢，氟碳漆处理）	套	50
		配套软管：内径 20mm PVC 钢丝软管	米	20
11	UPVC 管路	DN20UPVC 化工级管路，并串联可以相互切换，可对单柱进行反洗再生	套	1

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有以上物资销售相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 13%（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到后 2 个月内银行转账（现金）付款（不允许偏离）。
6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。
7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。